

Certificate of Analysis

Rhinogen[®] Bio-Bright[™] One-Step 萤火虫荧光素酶分析试剂盒

Cat. No.: RA-GL07
Lot. No.: RG070200901
有效期至: 2021年08月

贮藏: -20°C, 避光储存

装量检测: 合格

EC50: 1~100ng/ml

半衰期: >20min

批间一致性: 合格

本品仅用于科研, 不适用于诊断。

苏州瑞安生物科技有限公司
苏州工业园区星湖街218号C13幢4楼
联系方式 0512-87663137 或 techserv@rhinobio.com.
www.rhinobio.com

