

Certificate of Analysis

CHO 宿主细胞蛋白检测试剂盒

Cat. No.: RA-IP01
Lot. No.: IP010220403
有效期至: 2023 年 02 月

运输: 2-8℃冰袋运输

贮藏: Streptavidin-HRP 须在收货后置于-20℃长期存储, 其余试剂 2~8℃存储。

质量检测:

参数	合格标准	实际结果
标准品 0ng/ml 的吸光值	<0.400	Pass
标准品 200ng/ml 的吸光值	>1.100	Pass
精密度 (检测内复孔平均值的%CV)	<10.0%	Pass
四参数拟合标准曲线 R ²	>0.98	Pass
灵敏度 (高于标准品 0ng/ml 平均值的 2SD)	<1ng/mL	Pass

* 以上参数和标准用于该产品商业销售的放行。它们代表了一个典型的实验室所能达到的效果, 但不能作为所有实验室的标准。这些性能参数的显著差异可能表明试剂、实验室设备或技术存在问题, 应在报告结果之前进行调查。每个实验室应根据其使用试剂盒的历史和控制样品建立自己的规范。

本品仅用于科研, 不适用于诊断。

上海瑞诺生物科技有限公司

苏州工业园区若水路 99 号

联系方式: 电话 0512-87663137 或邮箱 techserv@rhinobio.com

www.rhinobio.com

