

Certificate of Analysis

Rhinozyme[®] 重组 C 因子内毒素检测试剂盒

Cat. No.: RAF-01
Lot. No.: RF010220302
有效期至: 2023 年 01 月

运输: 2~8°C冰袋运输

贮藏: 2~8°C储存

质量检测:

参数

合格标准

实际结果

重悬内毒素工作标准品为 20EU/mL 需加无热原水体积

以标定结果确定

4.5mL

线性标准曲线:

$\log(\Delta\text{RFU}) = A \cdot \log(\text{内毒素浓度 EU/mL}) + B$

-线性相关 (r)

≥ 0.980

通过

-斜率 A

0.8-1.1

通过

孔间 CV (%)

≤ 20

通过

5EU/mL 孔 ΔRFU

40000~80000

通过

与上一批次产品 5EU/mL 孔 ΔRFU 差异 (%)

≤ 25

通过

阴性对照孔 ΔRFU

< 600

通过

0.005EU/mL 孔 ΔRFU

> 10

通过

参考样品内毒素加标回收率 (%)

50~200

通过

本品仅用于科研，不适用于诊断。

上海瑞诺生物科技有限公司

苏州工业园区若水路 99 号

联系方式: 电话 0512-87663137 或邮箱 techserv@rhinobio.com

www.rhinobio.com

