

Certificate of Analysis

MycoAlarm™ 支原体检测试剂盒

Cat. No.: RA-MT01
Lot. No.: MT010230902
有效期至: 2024年08月

产品组成: 1套支原体检测试剂 RA-MT01, 附赠 1套阳性对照 RA-MT02。
运输: 2~8°C冰袋运输。
贮藏: RA-MT01: 2~8°C 储存; RA -MT02: -70°C 储存。
质量检测:

参数	合格标准	实际结果
阳性对照 B/A 值	>200	合格
无支原体细胞培养液 B/A 值	<1	合格

本品仅用于科研, 不适用于诊断。

上海瑞诺生物科技有限公司

苏州工业园区若水路 99 号

联系方式: 电话 0512-87663137 或邮箱 techserv@rhinobio.com

www.rhinobio.com

